

02.10.2017

Szanowni Klienci,

Informujemy że **zestawy do oznaczania stężenia albuminy** zostały sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie (H319-Działa drażniąco na oczy). Powodem jest zmiana klasyfikacji jednego z surowców. Zestawy z uaktualnioną klasyfikacją będą dostępne od serii xxx-20.

Z poważaniem,

A handwritten signature in blue ink that reads 'Marzena Gałczyńska'.

Marzena Gałczyńska
Product Manager ds. Biochemii