

NOTATKA DORADCZA
ADVISORY NOTE

Data wydania Date of issue	27.05.2021
Numer notatki Note number	ND_2105_02
Nazwa i numer katalogowy wyrobu Product name and catalogue number	CORMAY IMMUNO-CONTROL I Nr kat. / Cat. No 4-288
Numer serii Lot number	103-6365
Data ważności Expiry date	2023.01
Opis sytuacji Issue description	
W metryczce CORMAY IMMUNO-CONTROL I błędnie podano wartości liczbowe dla parametru RF. In the value sheet for CORMAY IMMUNO-CONTROL I the values for RF reagent were incorrectly provided.	
Konieczne działania Necessary actions	
Zapoznanie się z treścią notatki oraz poprawną metryczką (Załącznik 1). Zastosowanie poprawnych wartości w kontroli jakości oznaczeń RF. Odesłanie wypełnionego formularza weryfikacyjnego. Notatka ma charakter informacyjny. Nie należy niszczyć produktu! Read carefully advisory note and corrected value sheet (Appendix 1). Application of correct values in a quality control of RF determinations. Complete and return the verification form. The note is only for reference. Do not dispose the product!	

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Please provide this information to all Users of the above product and keep the Advisory Note as a quality system documentation.

Please complete and return the attached Verification Form to confirm receipt of the Advisory Note.

We apologize for any inconvenience caused by the above situation.

Z poważaniem,
Sincerely,

X

Anna Smolira

Anna Smolira

Dział Zapewnienia Jakości/Quality Assurance

Podpisany przez: Anna Smolira