

CORMAY D-DIMER CALIBRATOR

KALIBRATOR DO OZNACZANIA STĘŻENIA D-DIMERÓW (LIOFILIZOWANY)



D-DIMER CALIBRATOR 4 x 1 ml Nr kat. 4-259

ZASTOSOWANIE

CORMAY D-DIMER CALIBRATOR służy jako kalibrator podczas oznaczania stężenia D-dimerów. Dokładne stężenie D-dimerów podane jest na etykiecie fiołki oraz w tabeli poniżej.

REKONSTYTUCJA I PRZYGOTOWANIE

Po bardzo ostrożnym otwarciu fiołki dodać do niej 1 ml D-DIMER DILUENT. Zamknąć i pozostawić przez około 15 minut w temperaturze pokojowej, od czasu do czasu delikatnie mieszać ułatwiając rozpuszczenie.

Następnie, używając odczynnika D-DIMER DILUENT, przygotować szereg rozcieńczeń, zgodnie z tabelą poniżej:

CORMAY D-DIMER CALIBRATOR		Seria: 804-45				
Rozcieńczenie	1/32	1/16	1/8	1/4	1/2	nierozc.
Stężenie D-dimerów (µg/ml FEU)	0,65	1,3	2,6	5,2	10,4	20,8

W przypadku oznaczeń wykonywanych na analizatorze **Hitachi 911/912** aparat sam wykonuje rozcieńczenia. Wartości kalibratorów dla oznaczeń wykonywanych na Hitachi 911/912:

CORMAY D-DIMER CALIBRATOR		Seria: 804-45
Kalibrator	Stężenie (µg/ml FEU)	
1	0,65	
2	1,3	
3	2,6	
4	5,2	
5	10,4	
6	20,8	

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE

1. Kalibrator szczelnie zamknięty i przechowywany w temp. 2-10°C zachowuje trwałość do daty ważności podanej na opakowaniu.
2. Po rekonstytucji, kalibrator przechowywany w temperaturze 2-10°C jest stabilny przez 2 tygodnie.

UWAGI

1. Kalibrator tylko do badań diagnostycznych in vitro.
2. Kalibrator powinien być stosowany przez odpowiednio wyszkolony personel tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Kalibrator przetestowano na obecność HBsAg oraz przeciwciał anty-HCV i anty-HIV z wynikiem ujemnym. Niemniej jednak należy traktować go jako materiał potencjalnie zakaźny.
4. D-DIMER DILUENT znajduje się w zestawach do oznaczania stężenia D-dimerów.
5. Nie należy mieszać odczynników o różnych numerach serii.
6. Nie należy używać odczynnika po przekroczeniu daty ważności.
7. D-DIMER DILUENT konserwowany azydkiem sodu (< 0,1%).
Unikać kontaktu odczynnika ze skórą i błonami śluzowymi.

UTYLIZACJA ODPADÓW

Postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Data wydania: 04. 2018.

WYTWÓRCA

PZ CORMAY S.A.
ul. Wiosenna 22,
05-092 Łomianki, POLSKA
tel.: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

04/18/04/18