

CORMAY IMMUNO-CONTROL III

Cat. No: 4-291

Lot: 808-59

Exp.: 2020.03

| PROTEIN | ASSIGNED VALUE | RANGE |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| ALBUMIN | 49.70 g/l | 39.76 – 59.64 g/l |
| α -1 ANTITRYPSIN | 1.69 g/l | 1.35 – 2.03 g/l |
| α -1 GLYCOPROTEIN ACID | 1.02 g/l | 0.82 – 1.22 g/l |
| ANTITHROMBIN III** | 0.38 g/l | 0.30 – 0.46 g/l |
| COMPLEMENT C3 | 1.84 g/l | 1.47 – 2.21 g/l |
| COMPLEMENT C4 | 0.32 g/l | 0.26 – 0.38 g/l |
| CERULOPLASMIN* | 0.59 g/l | 0.47 – 0.71 g/l |
| HAPTOGLOBIN | 1.63 g/l | 1.30 – 1.96 g/l |
| IgA | 2.57 g/l | 2.06 – 3.08 g/l |
| IgG | 12.14 g/l | 9.71 – 14.57 g/l |
| IgM | 1.13 g/l | 0.90 – 1.36 g/l |
| TRANSFERRIN | 3.21 g/l | 2.57 – 3.85 g/l |

*Values compatible with CERULOPLASMIN reagents since LOT number xxx-xx27

**Values compatible with calibration material CORMAY IMMUNO-MULTICAL (Cat. No 4-287) since LOT number xxx-48

CORMAY IMMUNO-CONTROL III

Cat. No: 4-291

Lot: 808-59

Exp.: 2020.03

| PROTEIN | ASSIGNED VALUE | RANGE |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| ALBUMIN | 49.70 g/l | 39.76 – 59.64 g/l |
| α -1 ANTITRYPSIN | 1.69 g/l | 1.35 – 2.03 g/l |
| α -1 GLYCOPROTEIN ACID | 1.02 g/l | 0.82 – 1.22 g/l |
| ANTITHROMBIN III** | 0.38 g/l | 0.30 – 0.46 g/l |
| COMPLEMENT C3 | 1.84 g/l | 1.47 – 2.21 g/l |
| COMPLEMENT C4 | 0.32 g/l | 0.26 – 0.38 g/l |
| CERULOPLASMIN* | 0.59 g/l | 0.47 – 0.71 g/l |
| HAPTOGLOBIN | 1.63 g/l | 1.30 – 1.96 g/l |
| IgA | 2.57 g/l | 2.06 – 3.08 g/l |
| IgG | 12.14 g/l | 9.71 – 14.57 g/l |
| IgM | 1.13 g/l | 0.90 – 1.36 g/l |
| TRANSFERRIN | 3.21 g/l | 2.57 – 3.85 g/l |

*Values compatible with CERULOPLASMIN reagents since LOT number xxx-xx27

**Values compatible with calibration material CORMAY IMMUNO-MULTICAL (Cat. No 4-287) since LOT number xxx-48

| BIĄŁKO | WARTOŚĆ ŚRODKOWA | ZAKRES |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| ALBUMINA | 49,70 g/l | 39,76 – 59,64 g/l |
| α -1 ANTYTRYPSYNA | 1,69 g/l | 1,35 – 2,03 g/l |
| KWAŚNA α -1-GLIKOPROTEINA | 1,02 g/l | 0,82 – 1,22 g/l |
| ANTYTROMBINA III** | 0,38 g/l | 0,30 – 0,46 g/l |
| SKŁADNIK C3 DOPEŁNIACZA | 1,84 g/l | 1,47 – 2,21 g/l |
| SKŁADNIK C4 DOPEŁNIACZA | 0,32 g/l | 0,26 – 0,38 g/l |
| CERULOPLAZMINA* | 0,59 g/l | 0,47 – 0,71 g/l |
| HAPTOGLOBINA | 1,63 g/l | 1,30 – 1,96 g/l |
| IgA | 2,57 g/l | 2,06 – 3,08 g/l |
| IgG | 12,14 g/l | 9,71 – 14,57 g/l |
| IgM | 1,13 g/l | 0,90 – 1,36 g/l |
| TRANSFERRYNA | 3,21 g/l | 2,57 – 3,85 g/l |

*Wartości kompatybilne z odczynnikami do oznaczania CERULOPLAZMINY serie od xxx-xx27

**Wartości kompatybilne z kalibratorem CORMAY IMMUNO-MULTICAL (Nr kat. 4-287) serie od xxx-48

| BIĄŁKO | WARTOŚĆ ŚRODKOWA | ZAKRES |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| ALBUMINA | 49,70 g/l | 39,76 – 59,64 g/l |
| α -1 ANTYTRYPSYNA | 1,69 g/l | 1,35 – 2,03 g/l |
| KWAŚNA α -1-GLIKOPROTEINA | 1,02 g/l | 0,82 – 1,22 g/l |
| ANTYTROMBINA III** | 0,38 g/l | 0,30 – 0,46 g/l |
| SKŁADNIK C3 DOPEŁNIACZA | 1,84 g/l | 1,47 – 2,21 g/l |
| SKŁADNIK C4 DOPEŁNIACZA | 0,32 g/l | 0,26 – 0,38 g/l |
| CERULOPLAZMINA* | 0,59 g/l | 0,47 – 0,71 g/l |
| HAPTOGLOBINA | 1,63 g/l | 1,30 – 1,96 g/l |
| IgA | 2,57 g/l | 2,06 – 3,08 g/l |
| IgG | 12,14 g/l | 9,71 – 14,57 g/l |
| IgM | 1,13 g/l | 0,90 – 1,36 g/l |
| TRANSFERRYNA | 3,21 g/l | 2,57 – 3,85 g/l |

*Wartości kompatybilne z odczynnikami do oznaczania CERULOPLAZMINY serie od xxx-xx27

**Wartości kompatybilne z kalibratorem CORMAY IMMUNO-MULTICAL (Nr kat. 4-287) serie od xxx-48