

CORMAY IMMUNO-MULTICAL

Cat. No: 4-287

Lot: 703-47V

Exp.: 2018.03

PROTEIN	CALIBRATOR 1	CALIBRATOR 2	CALIBRATOR 3	CALIBRATOR 4	CALIBRATOR 5
ALBUMIN	7.30 g/l	13.80 g/l	25.80 g/l	50.90 g/l	100.50 g/l
$\alpha$ -1 ANTITRYPSIN	0.21 g/l	0.41 g/l	0.81 g/l	1.62 g/l	3.25 g/l
$\alpha$ -1 GLYCOPROTEIN ACID	0.12 g/l	0.23 g/l	0.46 g/l	0.92 g/l	1.84 g/l
$\alpha$ -2 MACROGLOBULIN	0.36 g/l	0.68 g/l	1.35 g/l	2.72 g/l	5.43 g/l
ANTITHROMBIN III	0.037 g/l	0.084 g/l	0.191 g/l	0.416 g/l	0.867 g/l
COMPLEMENT C3	0.23 g/l	0.45 g/l	0.89 g/l	1.79 g/l	3.58 g/l
COMPLEMENT C4	0.042 g/l	0.083 g/l	0.163 g/l	0.327 g/l	0.656 g/l
CERULOPLASMIN*	0.054 g/l	0.105 g/l	0.214 g/l	0.464 g/l	0.850 g/l
CERULOPLASMIN**	0.059 g/l	0.119 g/l	0.239 g/l	0.505 g/l	1.081 g/l
HAPTOGLOBIN	0.18 g/l	0.36 g/l	0.72 g/l	1.45 g/l	2.90 g/l
IgA	0.31 g/l	0.62 g/l	1.23 g/l	2.46 g/l	4.94 g/l
IgG	1.61 g/l	3.18 g/l	6.30 g/l	12.61 g/l	25.28 g/l
IgM	0.15 g/l	0.31 g/l	0.60 g/l	1.21 g/l	2.43 g/l
PREALBUMIN	0.037 g/l	0.074 g/l	0.157 g/l	0.324 g/l	0.682 g/l
TRANSFERRIN	0.41 g/l	0.81 g/l	1.61 g/l	3.21 g/l	6.44 g/l

\*Values compatible with CERULOPLASMIN reagents LOT number xxx-24 and xxx-23

\*\*Values compatible with CERULOPLASMIN reagents since LOT number xxx-25

CORMAY IMMUNO-MULTICAL

Cat. No: 4-287

Lot: 703-47V

Exp.: 2018.03

PROTEIN	CALIBRATOR 1	CALIBRATOR 2	CALIBRATOR 3	CALIBRATOR 4	CALIBRATOR 5
ALBUMIN	7.30 g/l	13.80 g/l	25.80 g/l	50.90 g/l	100.50 g/l
$\alpha$ -1 ANTITRYPSIN	0.21 g/l	0.41 g/l	0.81 g/l	1.62 g/l	3.25 g/l
$\alpha$ -1 GLYCOPROTEIN ACID	0.12 g/l	0.23 g/l	0.46 g/l	0.92 g/l	1.84 g/l
$\alpha$ -2 MACROGLOBULIN	0.36 g/l	0.68 g/l	1.35 g/l	2.72 g/l	5.43 g/l
ANTITHROMBIN III	0.037 g/l	0.084 g/l	0.191 g/l	0.416 g/l	0.867 g/l
COMPLEMENT C3	0.23 g/l	0.45 g/l	0.89 g/l	1.79 g/l	3.58 g/l
COMPLEMENT C4	0.042 g/l	0.083 g/l	0.163 g/l	0.327 g/l	0.656 g/l
CERULOPLASMIN*	0.054 g/l	0.105 g/l	0.214 g/l	0.464 g/l	0.850 g/l
CERULOPLASMIN**	0.059 g/l	0.119 g/l	0.239 g/l	0.505 g/l	1.081 g/l
HAPTOGLOBIN	0.18 g/l	0.36 g/l	0.72 g/l	1.45 g/l	2.90 g/l
IgA	0.31 g/l	0.62 g/l	1.23 g/l	2.46 g/l	4.94 g/l
IgG	1.61 g/l	3.18 g/l	6.30 g/l	12.61 g/l	25.28 g/l
IgM	0.15 g/l	0.31 g/l	0.60 g/l	1.21 g/l	2.43 g/l
PREALBUMIN	0.037 g/l	0.074 g/l	0.157 g/l	0.324 g/l	0.682 g/l
TRANSFERRIN	0.41 g/l	0.81 g/l	1.61 g/l	3.21 g/l	6.44 g/l

\*Values compatible with CERULOPLASMIN reagents LOT number xxx-24 and xxx-23

\*\*Values compatible with CERULOPLASMIN reagents since LOT number xxx-25

BIALKO	CALIBRATOR 1	CALIBRATOR 2	CALIBRATOR 3	CALIBRATOR 4	CALIBRATOR 5
ALBUMINA	7,30 g/l	13,80 g/l	25,80 g/l	50,90 g/l	100,50 g/l
$\alpha$ -1 ANTYTRYPSYNA	0,21 g/l	0,41 g/l	0,81 g/l	1,62 g/l	3,25 g/l
KWAŚNA $\alpha$ 1-GLIKOPROTEINA	0,12 g/l	0,23 g/l	0,46 g/l	0,92 g/l	1,84 g/l
$\alpha$ -2 MAKROGLOBULINA	0,36 g/l	0,68 g/l	1,35 g/l	2,72 g/l	5,43 g/l
ANTYTROMBINA III	0,037 g/l	0,084 g/l	0,191 g/l	0,416 g/l	0,867 g/l
SKŁADNIK C3 DOPEŁNIACZA	0,23 g/l	0,45 g/l	0,89 g/l	1,79 g/l	3,58 g/l
SKŁADNIK C4 DOPEŁNIACZA	0,042 g/l	0,083 g/l	0,163 g/l	0,327 g/l	0,656 g/l
CERULOPLAZMINA*	0,054 g/l	0,105 g/l	0,214 g/l	0,464 g/l	0,850 g/l
CERULOPLAZMINA**	0,059 g/l	0,119 g/l	0,239 g/l	0,505 g/l	1,081 g/l
HAPTOGLOBINA	0,18 g/l	0,36 g/l	0,72 g/l	1,45 g/l	2,90 g/l
IgA	0,31 g/l	0,62 g/l	1,23 g/l	2,46 g/l	4,94 g/l
IgG	1,61 g/l	3,18 g/l	6,30 g/l	12,61 g/l	25,28 g/l
IgM	0,15 g/l	0,31 g/l	0,60 g/l	1,21 g/l	2,43 g/l
PREALBUMINA	0,037 g/l	0,074 g/l	0,157 g/l	0,324 g/l	0,682 g/l
TRANSFERZYNA	0,41 g/l	0,81 g/l	1,61 g/l	3,21 g/l	6,44 g/l

\*Wartości kompatybilne z odczynnikami do oznaczania CERULOPLAZMINY serie xxx-24 oraz xxx-23

\*\*Wartości kompatybilne z odczynnikami do oznaczania CERULOPLAZMINY serie od xxx-25

BIALKO	CALIBRATOR 1	CALIBRATOR 2	CALIBRATOR 3	CALIBRATOR 4	CALIBRATOR 5
ALBUMINA	7,30 g/l	13,80 g/l	25,80 g/l	50,90 g/l	100,50 g/l
$\alpha$ -1 ANTYTRYPSYNA	0,21 g/l	0,41 g/l	0,81 g/l	1,62 g/l	3,25 g/l
KWAŚNA $\alpha$ 1-GLIKOPROTEINA	0,12 g/l	0,23 g/l	0,46 g/l	0,92 g/l	1,84 g/l
$\alpha$ -2 MAKROGLOBULINA	0,36 g/l	0,68 g/l	1,35 g/l	2,72 g/l	5,43 g/l
ANTYTROMBINA III	0,037 g/l	0,084 g/l	0,191 g/l	0,416 g/l	0,867 g/l
SKŁADNIK C3 DOPEŁNIACZA	0,23 g/l	0,45 g/l	0,89 g/l	1,79 g/l	3,58 g/l
SKŁADNIK C4 DOPEŁNIACZA	0,042 g/l	0,083 g/l	0,163 g/l	0,327 g/l	0,656 g/l
CERULOPLAZMINA*	0,054 g/l	0,105 g/l	0,214 g/l	0,464 g/l	0,850 g/l
CERULOPLAZMINA**	0,059 g/l	0,119 g/l	0,239 g/l	0,505 g/l	1,081 g/l
HAPTOGLOBINA	0,18 g/l	0,36 g/l	0,72 g/l	1,45 g/l	2,90 g/l
IgA	0,31 g/l	0,62 g/l	1,23 g/l	2,46 g/l	4,94 g/l
IgG	1,61 g/l	3,18 g/l	6,30 g/l	12,61 g/l	25,28 g/l
IgM	0,15 g/l	0,31 g/l	0,60 g/l	1,21 g/l	2,43 g/l
PREALBUMINA	0,037 g/l	0,074 g/l	0,157 g/l	0,324 g/l	0,682 g/l
TRANSFERZYNA	0,41 g/l	0,81 g/l	1,61 g/l	3,21 g/l	6,44 g/l

\*Wartości kompatybilne z odczynnikami do oznaczania CERULOPLAZMINY serie xxx-24 oraz xxx-23

\*\*Wartości kompatybilne z odczynnikami do oznaczania CERULOPLAZMINY serie od xxx-25