

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 206-71

Data ważn. / Exp.: 2024.04

| PARAMETR / COMPONENT  | METODA / METHOD                               | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE    |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b><br><b>C-REACTIVE PROTEIN (CRP)</b>    | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 0.91 mg/dl *                      | 0.64 – 1.18 mg/dl |
| <b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b><br><b>ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)</b> | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 140 IU/ml                         | 112 – 168 IU/ml   |
| <b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b><br><b>RHEUMATOID FACTOR (RF)</b>    | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 15.8 IU/ml                        | 11.9 – 19.8 IU/ml |

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 206-71

Data ważn. / Exp.: 2024.04

| PARAMETR / COMPONENT  | METODA / METHOD                               | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE    |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b><br><b>C-REACTIVE PROTEIN (CRP)</b>    | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 0.91 mg/dl *                      | 0.64 – 1.18 mg/dl |
| <b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b><br><b>ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)</b> | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 140 IU/ml                         | 112 – 168 IU/ml   |
| <b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b><br><b>RHEUMATOID FACTOR (RF)</b>    | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 15.8 IU/ml                        | 11.9 – 19.8 IU/ml |

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 206-69

Data ważn. / Exp.: 2024.04

| PARAMETR / COMPONENT  | METODA / METHOD                               | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE    |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b><br><b>C-REACTIVE PROTEIN (CRP)</b>    | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 2.58 mg/dl *                      | 2.19 – 2.97 mg/dl |
| <b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b><br><b>ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)</b> | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 297 IU/ml                         | 252 – 342 IU/ml   |
| <b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b><br><b>RHEUMATOID FACTOR (RF)</b>    | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 36.9 IU/ml                        | 27.7 – 46.1 IU/ml |

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 206-69

Data ważn. / Exp.: 2024.04

| PARAMETR / COMPONENT  | METODA / METHOD                               | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE    |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b><br><b>C-REACTIVE PROTEIN (CRP)</b>    | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 2.58 mg/dl *                      | 2.19 – 2.97 mg/dl |
| <b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b><br><b>ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)</b> | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 297 IU/ml                         | 252 – 342 IU/ml   |
| <b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b><br><b>RHEUMATOID FACTOR (RF)</b>    | TIA-wzmacniane lateksem<br>Latex-enhanced TIA | 36.9 IU/ml                        | 27.7 – 46.1 IU/ml |

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization