

**Myt-CAL, Myt-CAL VET – wstrzymanie sprzedaży
Krew kontrolna – opóźnienie dostaw**

Szanowny Klienci,

Pragniemy poinformować, że Orphée SA podjęło decyzję o tymczasowym zawieszeniu sprzedaży i dostaw **Myt-CAL (nr kat. MYTCAL2)** i **Myt-CAL VET (nr kat. MYTCAL2-VET)**.

Informujemy również, że ze względu na problemy jakościowe kalibratorów, nastąpi opóźnienie w dopuszczeniu krwi kontrolnej na rynek.

Produkty, których to dotyczy, wymieniono w poniższej tabeli:

Nazwa	Nr katalogowy	Nr serii	Status
Myt-CAL	MYTCAL2	PLUS0224	zawieszony
Myt-3D	MYT301 MYT302 MYT304N MYT306N	B0224	opóźniony
Myt-5D	MYT502 MYT506N	MYT2402	opóźniony
Myt-CAL VET	MYTCAL2-VET	PLUS0224	zawieszony
Myt-3D VET	MYT303-VET	B0224	opóźniony

Zawieszenie będzie obowiązywać do odwołania. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć produkty tak szybko, jak to możliwe. Będziemy Państwa na bieżąco informować w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszymi Kierownikami Produktu:

Magdalena Kruczyńska magdalena.kruczynska@cormay.com

Patrycja Łuszkiewicz patrycja.luszkiewicz@cormay.com

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości

NIO_2401_01